



(812)448-59-20  
[www.filtermaterials.ru](http://www.filtermaterials.ru)  
 fm88124485920@gmail.com  
 WhatsApp/Viber +7(965)048-26-99  
 Russia, Leningrad region, Kirovsky district, Otradnoe, Tsentralnaja str. 4

Quality Management System Complies ISO 9001:2015

**LFB-FOB (Ш)**  
**ЛФБ-ФОб (Ш)**  
 ГОСТ 12026-76

Quality Certificate / Сертификат качества N 226

Grade Марка	Laboratory Filter Paper LFB-FOB Лабораторная Фильтровальная бумага ЛФБ-ФОб
Customer Заказчик	Башхимсервис
Production date Дата производства	30.06.2022

Data / Данные	Units/Размерность	Test methods / ИТД	Требования по ГОСТ 12026-78	Фактические значения
Grammage Масса 1 м <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	ГОСТ Р ИСО 536-2013	75 ± 3	75 ± 3
Burst Strength wet Сопротивление продавливанию во влажном состоянии	кПа	ГОСТ 26893-86	Не менее 5	21 ± 2
Filtration capacity Фильтрующая способность, не более	с	ГОСТ 7584-89	Не более 16	15 ± 3
Air Permeability Воздухопроницаемость	л/м <sup>2</sup> с	ЕН/ИСО 9237	-	30 ± 1
Pore Size max. Максим. диаметр пор	mkm	ГОСТ 21956-88	-	24 ± 1
Pore Size mean Средний диаметр пор	mkm	ГОСТ 21956-88	-	6 ± 1
Ash content Массовая доля золы	%	ГОСТ 7629-93	Не более 0.10	0.10
Moisture Влажность	%	ГОСТ 13525.19-91	6 ± 1/2	5.8 ± 0.5

