ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.083.A № 43474

Срок действия до 05 августа 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термометры лабораторные стеклянные с взаимозаменяемыми конусами

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР" (ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин Московской обл

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **4661-91**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.279-78

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **3 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 августа 2011 г. № 4354**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства — В.Н.Крутиков

"09" 08 2011 г.

Серия СИ

№ 001461

Срок действия до 19 августа 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **19 августа 2016 г. № 1110**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев

«31» 08 2016 г.