



(812)448-59-20
www.filtermaterials.ru
fm88124485920@gmail.com
 WhatsApp/Viber +7(965)048-26-99
 Russia, Leningrad region, Kirovsky district, Otradnoe, Tsentralnaja str. 4

Quality Management System Complies ISO 9001:2015

LFB-F (Ш)
ЛФБ-Ф (Ш)
 ГОСТ 12026-76

Quality Certificate / Сертификат качества N 145

Grade Марка	Laboratory Filter Paper LFB-F Лабораторная Фильтровальная бумага ЛФБ-Ф
Customer Заказчик	Бащхимсервис
Production date Дата производства	28.05.2023

Data / Данные	Units/Размерность	Test methods / ИТД	Требования по ГОСТ 12026-78	Фактические значения
Grammage Масса 1 м ²	g/m ²	ГОСТ Р ИСО 536-2013	75 ± 5	75
Burst Strength wet Сопротивление продавливанию во влажном состоянии	кПа	ГОСТ 26893-86	Не менее 5	30
Filtration capacity, Фильтрующая способность, не более	с	ГОСТ 7584-89	Не более 45	40
Air Permeability Воздухопроницаемость	л/м ² с	ЕН/ИСО 9237	-	14
Pore Size max. Максим. диаметр пор	mkm	ГОСТ 21956-88	-	26
Pore Size mean Средний диаметр пор	mkm	ГОСТ 21956-88	-	6
Ash content Массовая доля золы	%	ГОСТ 7629-93	Не более 0.10	0.10
Moisture Влажность	%	ГОСТ 13525.19-91	6 ± 1 ₂	5,0 ± 0.5

